

Análise Técnica - Materiais de Consumo FAO/UFAM (atualizado)

1 mensagem

Comissao de Materiais da Faculdade de Odontologia FAO <cmatfao@ufam.edu.br> 13 de junho de 2023 às 11:31
Para: cpl@ufam.edu.br

Bom dia,
Conforme solicitado, segue a planilha com as devidas atualizações.

Atenciosamente,
Comissão de Materiais

 **Análise Técnica.xlsx**
31K

Análise Técnica - Materiais de Consumo FAO/UFAM (atualizado)

1 mensagem

Comissao de Materiais da Faculdade de Odontologia FAO <cmatfao@ufam.edu.br> 13 de junho de 2023 às 11:31
Para: cpl@ufam.edu.br

Bom dia,
Conforme solicitado, segue a planilha com as devidas atualizações.

Atenciosamente,
Comissão de Materiais

 **Análise Técnica.xlsx**
31K

Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	CNPJ	Empresa	ANÁLISE
1	Abaixador língua, material: madeira,	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Atende às especificações do edital
2	Abaixador Língua; Material: Plástico; Comprimento: 14 CM; Largura: 1,50 CM	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR LTDA	Não atende às especificações do edital. O produto está direcionado a uma faixa específica de idade
3	Alcool etílico, aspecto físico líquido	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Não atende às especificações do edital. O produto não
4	Alcool etílico, tipo: hidratado, teor	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Atende às especificações do edital
5	Algodão; Material: Alvejado,	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Atende às especificações do edital
6	Algodão; Tipo: Hidrófilo;	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Atende às especificações do edital
7	Anestésico Articaina, composição:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
8	Anestésico Lidocaína cloridrato,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
11	Mepivacaína cloridrato,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
12	Anestésico Mepivacaína cloridrato,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
13	Anestésico Prilocaina, composição:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
14	Aplicador odontológico	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
15	Carbono para articular, material: em	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA	Atende às especificações do edital
16	Cera odontológica, tipo: 7,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
17	Cera Odontológica, Tipo: 9;	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
18	Cera Odontológica; Cor: Vermelha/Branca; Tipo: Utilidade; Apresentação: Caixa 5 Lâminas;	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	Atende às especificações do edital
19	aspecto físico: pó + líquido,	34.325.529/0001-05	MS COMERCIO DE PRODUTOS	Atende às especificações do edital
20	Cimento de ionômero de vidro, tipo:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Não atende às especificações do edital. O Tempo de presa
22	Cimento odontológico, composição:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
23	Cimento odontológico, tipo	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Não atende às especificações do Edital. O produto ofertado
24	Cimento odontológico, tipo:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
25	Cimento Odontológico; Aspecto	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Não atende às especificações do Edital. O produto ofertado pelo
26	Cimento Odontológico; Tipo:	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Não atende às especificações do edital. O produto contém
27	Cimento Odontológico; Tipo:	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Não atende às especificações do edital. O produto não
28	Cloreto De Sódio; Concentração: 0,9	22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Atende às especificações do edital
30	Clorexidina digluconato,	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Atende às especificações do edital
31	Clorexidina digluconato, dosagem:	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Atende às especificações do edital
33	Coletor material pérfuro-cortante,	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Não enviou a proposta para análise
34	Coletor Material Pérfuro-Cortante;	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Não enviou a proposta para análise
35	Compressa gaze, material: tecido	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Atende às especificações do edital
36	Condicionador dental, tipo: ácido	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
37	Condicionador dental, tipo: ácido	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
38	Cresol; Composição: Formaldeído +	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Atende às especificações do edital
39	Cresol; Composição: Formol;	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Atende às especificações do edital
41	Dentífrico; Composição Básica:	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Atende às especificações do edital
42	Dessensibilizante dentinário,	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Atende às especificações do edital
43	E.D.T.A. 17%, solução aquosa/sal	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
44	E.D.T.A. Uso Odontológico	34.325.529/0001-05	MS COMERCIO DE PRODUTOS	Atende às especificações do edital
45	Embalagem p	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
46	Embalagem p	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
47	Escova dental, material cerdas:	10.847.885/0001-12	T DA S LUSTOSA COMERCIO E	Atende às especificações do edital
48	Escova dental, material cerdas:	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Atende às especificações do edital
49	Evidenciador dental, aplicação: p,	28.463.625/0001-09	TD MED DISTRIBUIDORA DE	Atende às especificações do edital
50	Filme radiológico, tipo: raio-x,	27.205.945/0001-04	ODONTOMED T/A LTDA	Atende às especificações do edital
51	Filme radiológico, tipo: raio-x,	27.205.945/0001-04	ODONTOMED T/A LTDA	Atende às especificações do edital
52	Fio De Sutura Agulhado; Material	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Não atende às especificações do edital. Não foi constatado na
53	Fio Dental; Material: Poliamida;	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Atende às especificações do edital
56	Fio Retrator Gengival; Material:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
57	Fio Retrator Gengival; Material:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
58	Fio Retrator Gengival. Material:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
61	Fixador radiológico, aplicação: para	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
62	Fluoreto de sódio, concentração:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
65	Gesso - uso odontológico, tipo:	28.463.625/0001-09	TD MED DISTRIBUIDORA DE	Atende às especificações do edital
66	Gesso - uso odontológico, tipo:	28.463.625/0001-09	TD MED DISTRIBUIDORA DE	Atende às especificações do edital
67	Gesso - uso odontológico, tipo:	28.463.625/0001-09	TD MED DISTRIBUIDORA DE	Atende às especificações do edital
68	Godiva - uso odontológico,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
69	Godiva - uso odontológico,	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	O Licitante não apresentou na proposta as características
70	Hemostático Absorvível; Material:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
71	Hemostático tóxico, princípio ativo:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
72	Hidróxido de cálcio, tipo: cimento,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
73	Hidróxido De Cálcio; Aspecto Físico:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
75	Hipoclorito de sódio, aspecto físico:	28.463.625/0001-09	TD MED DISTRIBUIDORA DE	Atende às especificações do Edital
76	Indicador químico, classe: classe v,	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA	Atende às especificações do edital
77	Iodofórmio, aspecto físico: pó ou	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
78	Isolante - uso odontológico,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
79	Isolante - uso odontológico,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Não atende às especificações do edital. Não é possível
80	Lâmina bisturi, material: aço	45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO	Atende às especificações do edital
81	Lâmina bisturi, material: aço	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
82	Lâmina bisturi, material: aço	45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO	Atende às especificações do edital
83	Lâmina bisturi, material: aço	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Atende às especificações do edital
84	Lâmina Bisturi; Material: Aço	45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO	Não atende às especificações do edital. O tamanho nº 21 está
85	Lençol Descartável Uso Hospitalar;	42.043.318/0001-08	FL SHELF REPRESENTANTES	Atende às especificações do edital
86	Luva cirúrgica, material: látex	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Atende às especificações do edital
87	Luva cirúrgica, material: látex	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Atende às especificações do edital
88	Luva cirúrgica, material: látex	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Atende às especificações do edital
89	Luva cirúrgica, material: látex	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Atende às especificações do edital
90	Luva cirúrgica, material: látex	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE	Atende às especificações do edital
91	Luva para procedimento não	33.231.662/0001-21	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Atende às especificações do edital
92	Luva para procedimento não	33.231.662/0001-21	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Atende às especificações do edital
94	Máscara Cirúrgica. Material: Não	45.030.413/0001-57	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO	Atende às especificações do edital
95	Paramonoclorofenol, associação:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
96	Pasta moldagem, material básico:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
98	Pasta moldagem, material básico:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
99	Pasta profilática, composição básica:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
103	Resina acrílica uso odontológico,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
104	Resina acrílica uso odontológico,	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Não foi possível realizar a análise técnica. Os dados técnicos do
105	Resina acrílica uso odontológico,	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Não foi possível realizar a análise técnica. Os dados técnicos do
106	Resina Acrílica Uso Odontológico;	50.345.269/0001-88	DENTAL PORTO IMPORTACAO	Não foi possível realizar a análise técnica. Os dados técnicos do
107	Resina composta, tipo:	04.985.079/0001-08	MEDBEST COMERCIO DE	Não atende às especificações do Edital. O Produto ofertado pelo
108	Resina composta, tipo:	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Não foi possível realizar a análise técnica. Os dados técnicos do
109	Resina composta, tipo:	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
110	Revelador radiológico, tipo: solução	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
111	Silano - Agente De Adesão	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA	Atende às especificações do edital
112	Sistema adesivo de frasco único	35.094.501/0001-69	AGERDAN BARROSO JUNIOR	Não atende às especificações do Edital. O produto ofertado pelo
113	Sugador, material: pvc, tipo: saliva,	28.820.255/0001-10	SUPREMA DENTAL	Atende às especificações do edital
114	Verniz fluoretado contendo Resina	13.547.970/0001-53	ELISVANDIA MATOS DONINI	Não foi possível realizar a análise técnica. Os dados técnicos do